

## Tillfällig behandlingsriktlinje i samband med Covid-19

**Faktaägare:** Aspelund Johan  
**Dokumentförvaltare:** Granquist Åsa  
Styrande dok (ej labmedicin), (ST) Riktlinje

**Gäller för:** Region Skånes Ambulanssjukvård

#### 4.04 Hypoxibehandling Covid-19

1. Syrgasbehandling med grimma eller mask med reservoar enligt gällande rutin målvärde för saturation >91 %
2. Om syrgasbehandling enligt ovan ej ger saturation > 90 % starta CPAP med kopplat bakterie/virusfilter. Se lokal rutin då detta varierar mellan olika fabrikat

CPAP-behandling förutsätter kontaktbar patient

- a) Kontrollera att andningsljud finns bilateralt, frontalt, apikalt för att utesluta pneumothorax.
- b) Välj andningsmotstånd mellan 3–7 cm H<sub>2</sub>O beroende på patientens allmäntillstånd och blodtryck

**CPAP-behandling kan vara en aerosolgenererande procedur varför viktigt med rätt skyddsutrustning.**