

## Specialanpassning – rutin för förskrivare

Om patientens behov inte är möjligt att tillgodose genom en anpassning av ett hjälpmedel ska förskrivaren i första hand försäkra sig om att det inte finns alternativa hjälpmedel, inom eller utanför sortiment, som kan förskrivas i stället. För mer information, se [Hjälpmedelsguiden Skåne](#)

Om det inte är möjligt att tillgodose behovet enligt ovan, kan en specialanpassning bli aktuell. Förutsättningen är att patientens behov av specialanpassning är inom ramen för vad som kan förskrivas inom aktuell hjälpmedelsanvisning.

En specialanpassning påbörjas först efter att förskrivaren, i samråd med hjälpmedelskonsulent, fattat beslut om att den planerade specialanpassningen blir patientsäker.

Förskrivaren ansvarar för hjälpmedlets färdiga egenskaper och för den funktionella riskanalysen. Tekniker, eller annan person som utför specialanpassningen, ansvarar för den tekniska riskanalysen.

En specialanpassad produkt får inte tas i bruk av patienten innan förskrivaren genomfört en funktionell riskanalys och bedömt specialanpassningens nytta i förhållande till eventuellt kvarstående risker enligt den tekniska riskanalysen.

### Arbetsgång:

- Förskrivaren fyller i dokument: "Anvisning specialanpassad produkt", sidan 1. Ifyllt blankett lämnas till aktuell tekniker. Specialanpassningen kan inte påbörjas förrän blanketten är inlämnad.
- Efter utförd specialanpassning, ska förskrivaren se den färdiga produkten och godkänna utförandet genom att signera dokumentet på sidan 2. Patienten får inte använda hjälpmedlet innan förskrivaren signerat dokumentet och instruerat patienten.