

2024-12-01

Produktkatalog

Medicinska
behandlingshjälpmedel
Hjälpmedel för Andning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MEDICINSKA BEHANDLINGSHJÄLPMEDEL, HJÄLPMEDEL FÖR ANDNING	
CPAP	6
BILEVEL AUTO SÖMN	6
BILEVEL BAS	7
BILEVEL AVANCERAD	7
HEMRESPIRATOR	8
HOSTMASKIN	8

GENERELL INFORMATION

Kontakt

Sortimentsfrågor: sortimenthjm.hoh@skane.se

Katalogansvarig: Sortiment- och avtalsledare Pia Andersson

För övriga och support och frågor:

Hjälpmedel kundservice

vardagar klockan 08:00-16:00

hjalpmedel@skane.se

0770 - 11 11 00

För att snabbare och lättare kunna få hjälp underlättar det att du bifogar/har uppgifter tillgängliga. Till exempel kundordernummer, leverantör, typ av produkt, leverantörs artikelnummer eller sesam artikelnummer.

Ange i ämne för ditt e-postmeddelande VAD din kontakt gäller OCH att det rör produktområde "Medicinsk behandling/Andning".

Beställning

Beställning görs via Visma webSesam

Läs mer om [Visma webSesam](#)

Avtalad leveranstid från Leverantör till VO hjälpmedel centrallager är 5 dagar för huvudhjälpmedel och/eller tillbehör och 10 dagar för reservdelar.

Patientnära förbrukningstillbehör (grimmor, masker, slangar) beställs och levereras inte via Visma webSesam/VO hjälpmedel. De hanteras via Koncernstab inköp och ekonomistyrning och ingår i avtal för "Anestesi, intensivvård, cirkulation, respirationär". Läs mer på [Beställ förbrukningsmaterial](#) och där även Produktkatalog över avtalat sortiment finns.

Reklamation

Reklamation/rapportering av avvikelse av medicinteknisk produkt som inte fungerar som avsett och del i händelse ska alltid göras. Det gäller alla produkter; huvudhjälpmedel, tillbehör och reservdelar. Det är en del av förbättringsarbete för att förebygga att avvikelser uppstår igen.

Rapportering av avvikelse sker i systemet Avic alternativt genom Visma webSesam, där utförlig information om avvikelser/händelsen beskrivs i kommentarsfältet i Hämtordern som görs för produkten.

Kom ihåg att tydligt märka upp produkter som returneras VO hjälpmedels centrallager för reklamation och bifoga samtliga de produkter som användes vid händelsen/nödvändiga för att kunna utreda avvikelsen.

Garantitid kan variera beroende på typ av produkt och mellan avtal. I nu gällande avtal är garantitiden för Masker minst 90 dagar och gäller från godsmottagning på VO hjälpmedel centrallager.

Sortiment

Det ordinarie sortimentet ska täcka behovet av andningshjälpmedel för de allra flesta patienter.

Sortimentet av medicinska behandlingshjälpmedel består av utrustning från både nuvarande avtal och tidigare avtal.

Utrustningar inom samma produktområde har övergripande likvärdig funktion och kan ge patient motsvarande behandling.

Utrustning i lager ska väljas och förskrivas före det att utrustning som genererar nyinköp beställs när utrustning med likvärdig funktion finns i lager.

Utrustning som förskrivas ägs av Region Skåne och är ett lån till patienten. När behov upphör ska lånad utrustning dess tillbehör lämnas åter VO hjälpmedel.

Personliga förbrukningstillbehör (t.ex. mask, slang och filter) återanvänds inte och kastas i soporna före det att utrustningen återlämnas.

Utrustning som återlämnas rekonditioneras mellan patienter för att kunna förskrivas på nytt.

Generellt rekonditioneras och återanvänds utrustning så länge de har teknisk livslängd kvar, är i gott skick och uppfyller tekniska specifikationer.

Förbrukningstillbehör (t.ex. slangar, befuktarbehållare och filter) återanvänds inte. Dessa ersätts med nya artiklar vid rekond och inför att utrustningen ställs till lager.

Förskrivning utanför sortiment kan bli aktuellt om det föreligger särskilda skäl som medför att ordinarie sortiment inte kan tillgodose patientens behov.

Ansökan görs via Visma webSesam.

Beslutet motiveras och dokumenteras i patientens journal.

Instruktion för "Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment" nås på Vårdgivare Skåne/Hjälpmedel: [Hjälpmedelssortiment – medicinska hjälpmedel - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

Läs mer om Anvisningar och Sortiment på: [Medicinska behandlingshjälpmedel - Vårdgivare Skåne \(vardgivare.skane.se\)](#)

Gällande avtal Utrustning	Ramavtal	2024-12-01 - 2026-11-30, med rätt till förlängning i upp till 2 år	
Leverantör	Avtalsnummer	Avtalstid	Driftstart
Medidyne AB	2024-0001166-01	2024-12-01 - 2026-11-30	2024-12-01
Breas Medical AB	2024-0001166-02	2024-12-01 - 2026-11-30	2024-12-01
Resmed Sweden AB	2024-0001166-03	2024-12-01 - 2026-11-30	2024-12-01
Aspira Medical AB	2024-0001166-04	2024-12-01 - 2026-11-30	2024-12-01
Nowus Healthcare A/S	2024-0001166-05	2024-12-01 - 2026-11-30	preliminärt 2025-03-01 *

*Nowus utrustning blir prel. beställningsbar i Sesam 2025-03-01. Arbete för driftsättning av tillhörande mjukvarusystem och framtagande av arbetsrutiner för system pågår.

[Avtal, leverantörer och inköp - Region Skånes intranät \(skane.se\)](#)

Kontaktuppgifter leverantör

Aspira Medical AB Kontaktperson: Karin Björck

E-postadress: karin.bjorck@aspira.se Telefon: 070 - 663 63 10

Breas Medical AB Kontaktperson: Joakim Rydberg

E-postadress: joakim.rydberg@breas.com Telefon: 073 - 024 61 13

Medidyne AB Kontaktperson: Jonny Eriksson

E-postadress: jer@medidyne.se Telefon: 070- 292 60 09

Resmed Sweden AB Kontaktperson: Jessica Jogensjö

E-postadress: Jessica.jogensjo@resmed.se Telefon: 076- 149 99 90

Nowus Healthcare A/S Kontaktperson: Lars Grothén

E-postadress: Lars.grothen@nowushealthcare.com Telefon: 070- 978 78 77

Förskrivande enhet kontaktar själv Leverantör för att boka fysisk produktgenomgång och handhavandeutbildning, så att dag och tid som passar båda parter kan överenskommas.

ANDNINGSHJÄLPMEDEL

CPAP

Utrustning för behandling av sömnapné. Autotitrerande utrustning (APAP). Drifttrycksområde 4-20 cmH2O.

Levereras från lager med: befuktare/befuktarebehållare, nätsladd/nätadapter, mobilt lagringsmedia, luftslang, flergångs apparat/grovfilt för 5 års förbrukning, transportväska och användarmanual. Utrustningen är bestyckad med funktion som möjliggör uppkoppling och användande av telemedicintjänst.

SESAM ARTNR	LEV ARTNR	BENÄMNING	LEVERANTÖR	GARANTI-TID (ANTAL DAGAR)	TEKNISK LIVS-LÄNGD (ANTAL ÅR)	FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL	INFORMATION/UTFÖRANDE
100327	NDX520H15C	DreamStation 2 Advanced Auto CPAP w/ Humid cell/ BT	Medidyne AB	730	5	nej	-
111195	LMT 31960-1210	prisma SMART max	Nowus Healthcare A/S	731	6	nej	Utrustningen blir prel. beställningsbar i Sesam 2025-03-01. Arbete för driftsättning av tillhörande mjukvarusystem och framtagande av arbetsrutiner för system pågår.
101741	39181	APAP AirSense 11 Tri-pack (inkl HumidAir 11 + Climate Line)	Resmed Sweden AB	730	5	nej	-
80360	NDX500H15M	CPAP - DreamStation Auto CPAP inkl befuktare och GSM-Modem	Nej/Rekondsortiment	-	5	nej	-
77683	37259	APAP AirSense 10 AutoSet TRI-pack	Nej/Rekondsortiment	-	5	nej	-
102369	37505	APAP AirSense 10 AutoSet Card To Cloud *TILLFÄLLIGT SORTIMENT*	Nej/Rekondsortiment	-	5	nej	Modellen saknar funktion för att kunna kopplas upp till molntjänst.



BILEVEL AUTO SÖMN

Utrustning för behandling av sömnapné till vuxna. Autotitrerande utrustning (BiLevel Auto). Drifttrycksområde 4-25 cmH2O.

Levereras från lager med: befuktare/befuktarebehållare, nätsladd/nätadapter, mobilt lagringsmedia, luftslang, flergångs apparat/grovfilt för 5 års förbrukning, transportväska och användarmanual. Utrustningen är bestyckad med funktion som möjliggör uppkoppling och användande av telemedicintjänst.

SESAM ARTNR	LEV ARTNR	BENÄMNING	LEVERANTÖR	GARANTI-TID (ANTAL DAGAR)	TEKNISK LIVS-LÄNGD (ANTAL ÅR)	FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL	INFORMATION/UTFÖRANDE
111167	NDX700H15	DreamStation Auto BiPAP	Medidyne AB	730	5	nej	-
111170	LMT 29990-1110	prisma 25S	Nowus Healthcare A/S	731	6	nej	Utrustning blir prel. beställningsbar i Sesam 2025-03-01
109160	NDX900H15	DreamStation ASV + Humidifier	Nej/Rekondsortiment	-	5	nej	-
79364	37262	AirCurve 10 VAuto TRI-pack	Nej/Rekondsortiment	-	5	nej	-
102338	37282	AirCurve 10 CS PaceWave TRI-pack	Nej/Rekondsortiment	-	5	nej	-
108693	39183	Bilevel AirCurve 11 VAuto Tri-pack	Nej/Rekondsortiment	-	-	-	-



BILEVEL BAS

Utrustning för non-invasivt, icke livsuppehållande ventilationsstöd för långtidsbruk för minst vuxna patienter i hemmiljö. För läckande system/ventilerad mask. Drifttrycksområde 4-30 cmH2O.

Levereras från lager med: befuktare/befuktarebehållare, nätsladd/nätadapter, mobilt lagringsmedia, luftslang, flegångs apparat/grovfilter för 5 års förbrukning, transportväska och användarmanual.

SESAM ARTNR	LEV ARTNR	BENÄMNING	LEVERANTÖR	GARANTI-TID (ANTAL DAGAR)	TEKNISK LIVS-LÅNGD (ANTAL ÅR)	FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL	INFORMATION/UTFÖRANDE
111166	NDX1130H20	Dreamstation BiPAP AVAPS	Medidyne AB	730	5	nej	-
77545	28221	Lumis 100 VPAP ST-A	Resmed Sweden AB	731	5	nej	-
103663	28104	Lumis 100 VPAP ST	Nej/Rekondsoriment	-	5	nej	Modellen saknar alarmfunktion. Drifttrycksområde 2-25 cmH2O.
101348	28205	Lumis 150 VPAP ST-A TRI-pack	Nej/Rekondsoriment	-	5	nej	
98089	28113	Lumis 150 VPAP ST-A (engelsk display)	Nej/Rekondsoriment	-	5	nej	Modellen har engelsk display.



BILEVEL AVANCERAD

Utrustning för non-invasivt, icke livsuppehållande ventilationsstöd för långtidsbruk för minst vuxna patienter i hemmiljö. För läckande system/ventilerad mask. Drifttrycksområde 4-40 cmH2O.

Levereras från lager med: befuktare/befuktarebehållare, nätsladd/nätadapter, mobilt lagringsmedia, luftslang, flegångs apparat/grovfilter för förbrukning till kommande FU, transportväska, användarmanual samt batteri för minst 6 timmarsbatteridrift via internbatteri/click-on-batteri eller externbatteri och tillhörande kablage/laddare som kan behövas för laddning av externbatteri. Utrustningen är bestyckad med funktion som möjliggör uppkoppling till telemedicintjänst för fjärrmonitorering.

SESAM ARTNR	LEV ARTNR	BENÄMNING	LEVERANTÖR	GARANTI-TID (ANTAL DAGAR)	TEKNISK LIVS-LÅNGD (ANTAL ÅR)	FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL	INFORMATION/UTFÖRANDE
-	-	Upphandling pågår	Xxxxx XX	-	-	-	-
98082	24144	Stellar 150	Nej/Rekondsoriment	-	5	nej	Utrustning utgår från tillverkaren våren 2025.



HEMRESPIRATOR

Utrustning för livsuppehållande kontinuerlig ventilation av patienter, barn och vuxna, i hemmiljö utanför sjukhus. Primärt för slutet system (trakealkanyl alternativt oventilerad mask) med intern eller extern expirationventil på apparaten. Kan användas med extern aktiv värmebefuktare. Andningsfrekvens kan justeras inom minst 5 - 50 andetag/minut. Tidalvolym kan justeras minst inom intervall 100 -2000 ml.

Levereras från lager med: nätsladd/nätadapter, internbatteri, flergångs apparat/grovfilter för förbrukning till kommande FU, transportväska, adapter till slangset, syrgasnippel, användarmanual samt externbatteri för att tillsammans med internbatteri klara totalt minst 10 timmars batteridrift och ev. tillhörande kablage/laddare som kan behövas för laddning av extra batteri. Utrustningen är bestyckad med funktion som möjliggör uppkoppling till telemedicintjänst för fjärromonitorering.

SESAM ARTNR	LEV ARTNR	BENÄMNING	LEVERANTÖR	GARANTI-TID (ANTAL DAGAR)	TEKNISK LIVS-LÅNGD (ANTAL ÅR)	FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL	INFORMATION/UTFÖRANDE
98123	ND2110X15B	Trilogy EVO	Medidyne AB	730	10	ja	-
ej klart ännu	LMT 31390-1110	LUISA	Nowus Healthcare A/S	1461	10	ja	Utrustning blir prel. beställningsbar i Sesam 2025-03-01. Arbete för driftsättning av tillhörande mjukvarusystem och framtagande av arbetsrutiner för system pågår.
104904	27023	Astral 150	Resmed Sweden AB	730	8	ja	-



HOSTMASKIN

Utrustning för att avlägsna slem och sekret från luftvägarna, till barn och vuxna med nedsatt egen fysisk kraft att klara mobiliseringen av slem. För användning i både hem- och sjukhusmiljö. Drifttrycksområde $\pm 5 - \pm 70$ cmH2O.

Levereras från lager med: nätsladd/nätadapter, slangset med filter och kopplingsstycke, flergångs apparat/grovfilter för förbrukning till kommande FU, transportväska, användarmanual samt batteri för minst 30 minuters batteridrift via internbatteri/click-on-batteri eller externbatteri och tillhörande kablage/laddare som kan behövas för drift med och laddning av externbatteri.

SESAM ARTNR	LEV ARTNR	BENÄMNING	LEVERANTÖR	GARANTI-TID (ANTAL DAGAR)	TEKNISK LIVS-LÅNGD (ANTAL ÅR)	FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL	INFORMATION/UTFÖRANDE
105594	460400	EO-70	Aspira Medical AB	730	10	ja	-
111093	232201	Clearway 2	Breas Medical AB	730	7	ja	-
101841	MPR402	Kalos	Nej/Rekondsortiment	-	5	ja	-
98077	1098159	CA E70	Utgår ur Sortiment	-	5	ja	Utrustning utgått från tillverkaren. Rekondsortiment är svårt att tillhandahålla pga brist på tillbehör/reservdelar. Utrustning tas ur sortimentet.



Tillbehör/Reservdelar

Utbytbara Tillbehör och Reservdelar till utrustningen finns beställningsbara i Visma webSesam.

Sortiment, Hjälpmedel

sortimenthjm.hoh@skane.se