MAS® UA Kontrollblad för Clinitek Status+

Arbetsplats: ……

Serienummer: ……

Testremsa **Lot nr** …… **Utgångsdatum** …… **Öppnad** ……

Lot nr …… **Utgångsdatum** …… **Öppnad** ……

Level 1 **Lot nr** ……

Kontroll	Glu	Ket	Bld	pH	Pro	Nit	Leu	Kontroll
Gränser	neg	neg	neg	5,5	neg	neg	neg	Gränser

Tillåten avvikelse: Ingen, utom för pH, +/- ett skalsteg

Level 2 **Lot nr** ……

Kontroll	Glu	Ket	Bld	pH	Pro	Nit	Leu	Kontroll
Gränser	3+	4+	3+	8,0	3+	pos	4+	Gränser

Tillåten avvikelse: Nitrit ingen, pH +/- ett skalsteg, övriga en arbitär enhet uppåt eller nedåt.

Level 1

Datum	Glu	Ket	Bld	pH	Pro	Nit	Leu	Sign.

Level 2

Datum	Glu	Ket	Bld	pH	Pro	Nit	Leu	Sign.

Kontollen ska vara rumstempererad och välblandad före analys.

Kontrollbladet finns för utskrift enligt följande: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/laboratoriemedicin/pna/urintestremsor/mas-kontrollblad-for-clinitek.pdf

2019-10-10 Version 2