

Blodgaser ska inte transporteras i rörpost

Vi har under våren 2016 genomfört en mindre studie för att undersöka om det går att analysera prover på blodgassprutor som skickas i rörposten. Studien genomfördes i Lund (rörposterna på infektions- och lungkliniken) och Helsingborg (akutkliniken och intensivvårdsavdelningen). Vi fann att det kan bli mycket stor variation i analysresultaten och vi avråder därför från att skicka blodgassprutor i rörposten, oavsett analys. Variation i resultaten kan bero på olika acceleration, vibration, hastighet etc vid olika tidpunkter. Vi fann avvikelser i resultat oavsett om det var arteriellt eller venöst blod i blodgassprutorna.

Sammanfattningsvis ska man inte transportera blodgassprutor i rörposten.