

TEKNISKA PROV, cytostatika på ytor, panel 2

Provsvar skickas inom 25 arbetsdagar

<i>Fylls i av laboratoriet:</i>
Remissid, ankomstdatum, signatur:

Panel 2 Cytostatika, provtagningsmetod 2

Analys av: <input type="checkbox"/> Cytarabin Yta-Cyta <input type="checkbox"/> Metotrexat Yta-MTX	
Arbetsställe (Namn, Ort)	Provtagare: Telefonnr: Provtagningsdatum:
Beställare (kundkod): Svaremottagare (attention): Telefonnr (direktnummer):	Kundens referens-id (RID):

Provbeteckning	Provtagningsplats	Noteringar
Blank 1	Blank 1	
Blank 2	Blank 2	
Blank 3	Blank 3	
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²

Provbeteckning	Provtagningsplats	Noteringar
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²
		Yta: <input type="checkbox"/> laminat <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> rostfritt <input type="checkbox"/> övrigt <input type="checkbox"/> ram 20×20 cm har använts <input type="checkbox"/> egen uppmätt area.....cm ²

REMISSER OCH PROVTAGNINGSMATERIAL

Remisser och provtagningsanvisningar

Remisser och provtagningsanvisningar för avstryksprovtagning av cytostatika finns att ladda ner från <http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster>. De kan också beställas från Arbets- och miljömedicin Syd via telefon 046-17 31 95 eller e-post ammlab@skane.se.

Provtagningsmaterial

Material ska rekvireras från Arbets- och miljömedicin Syd via telefon 046-17 31 95 eller e-post ammlab@skane.se **minst 10 arbetsdagar** före planerad provtagning. För leverans utanför Sverige ska materialet rekvireras **minst 20 arbetsdagar** före planerad provtagning. Vid beställning rekvireras följande: filterpapper, 50 ml-rör med etiketter, engångsplastpincetter, pasteurpipetter 0.5 ml (engångs), ultrarent vatten, papperstejp, plastram 20×20 cm, plastpåsar, remisser. Material som kunden själv behöver stå för: engångshandskar av nitril, papperstejp, pappersservetter och måttband/linjal.

Transport

Förvara proven i frys (-20 °C) tills leverans till Arbets- och miljömedicin. Skicka proven i en plastpåse i den medföljande frigolitlådan och med kylklampar på ett sådant sätt att proverna kommer fram till lab frysta. Skicka ej proverna dag före arbetsfri dag.

Paketet adresseras till:

Arbets- och miljömedicin Syd
Medicon Village
Byggnad 402A, vån 3
Scheelevägen 8
223 81 Lund