

Koncernkontoret

Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning



MALL

Skapad av	Regionala enheten för läkemedel	Godkänt datum	2025-06-05
Godkänd av	Hälso- och sjukvårdsdirektören	Version	3
Gäller för	Utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne	Gäller fr.o.m.	2025-06-05
		Gäller t.o.m.	2026-06-05

Förvaring och kontroll av medicinsk gasflaska på enhet

Bilaga 5a Regional riktlinje för ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården i Region Skåne.

Allmänt

Medicinska gaser ska förvaras i väl ventilerat utrymme med normala temperaturförhållanden. Förvaringsutrymme ska vara uppmärkt med varningsskylt för gasflaskor. Flaskor ska förvaras på säkert sätt (förankrade för att inte falla), varje gassort för sig. Tomma flaskor förvaras åtskilda från fulla. Se vidare Regional riktlinje för ordination och hantering av läkemedel.

Medicinska gasflaskor finns på följande ställen/lagerplatser: (t.ex. förråd (ange rumsnummer), akutvagn, tryckvakt (ange text nedan):

Kontroll av gasflaskor ska göras en gång per månad.

Kontrollera:

- Flaskornas utseende (hela och rena)
- Etikett och färgkod (rätt sort och kvalitet)
- Att gasflaskans ventil är stängd
- Utgångsdatum, och att äldst flaskor står längst fram.
- Att tomma respektive fulla/påbörjade flaskor är förvarade åtskilda

	Andningsoxygen	Andningsluft	Annan medicinsk gas (ange sort):
Månad	Kontroll utförd enligt ovan (datum och signum)	Kontroll utförd enligt ovan (datum och signum)	Kontroll utförd enligt ovan (datum och signum)
Januari			
Februari			
Mars			
April			
Maj			
Juni			
Juli			
Augusti			
September			
Oktober			
November			
December			

Sparas 1 år på enheten.