

# CHECKLISTA

## inför magnetkameraundersökning, NIVA

Pat namn:.....Personnummer:.....

- **Tag med ifyllt frågeformulär**   
Uppgifterna på frågeformuläret måste vara helt aktuella.  
Ring MR-sektionen om någon fråga besvaras med **JA**.
- **Bedöm patientens vikt och mått**   
Utrymmet i magnetkamerans tunnel är begränsat varför det kan bli problem med stora patienter. Vid tveksamhet ring MR-sektionen.  
MR-avd och Rtg 2:      Max vikt: 150 kg, Max bredd: 60 cm  
Neuro-Rtg:              Max vikt 200 kg, Max bredd: 70 cm
- **Se till att patienten är fri från metallföremål och har MR-säkra kläder/filtar**   
Till exempel inga smycken, inga tryckknappar.
- **Tag bort all utrustning/tillbehör som ej behövs, till exempel:**   
Koppla bort "onödiga" infusioner. Fråga ansvarig läkare.  
Om pumpen måste vara kvar används "spiralslang" (7m).  
Koppla bort sondmaten.  
Tag bort befuktare (Fishel & Paykel)
- **Byt till MR-säkra tillbehör**   
Byt övertrycksmanschett. Byt till icke armerad svalgtub.  
För övriga tillbehör, t.ex. tempkateter och tryckmätare, följ anvisningar på BFC:s MR-säkerhetssidor på intranätet. <http://147.220.30.130/>
- **Se till att det finns personal med som kan använda övervakning och ventilator i MR-miljö.**   
Vid akuta undersökningar, gå i förväg till MR-kameran och kontrollera ventilatorn, ställ in värden och sätt den i standbyläge.  
Ventilatorslangar skall vara av typen som är utdragbara (förlängs).  
Inför transporten, kontrollera att det finns minst 150 bar luft och syrgas i tuberna och tag med extra EKG-plattor att använda på väg tillbaka.  
OBS: Tuber eller annan egen utrustning får inte tas in i MR-rummet.
- **Personal som ska med på MR-undersökning skall vara MR-säker**   
Alla lösa metallföremål, t.ex. pennor, namnbrickor, nycklar, hårklämmor tas av. Fickor töms på allt som kan innehålla metall. Klockor tas av.  
Medföljande personal skall ha genomgått utbildning i MR-säkerhet och i samband med detta fyllt i frågeformulär om implantat mm.

Namnsteckning..... Datum .....

Ansvarig läkare/sjuksköterska, NIVA