

CHECKLISTA

inför magnetkameraundersökning, NIVA

Pat namn:.....Personnummer:.....

- **Tag med ifyllt frågeformulär**
Uppgifterna på frågeformuläret måste vara helt aktuella.
Ring MR-sektionen om någon fråga besvaras med **JA**.

- **Bedöm patientens vikt och mått**
Utrymmet i magnetkamerans tunnel är begränsat varför det kan bli problem med stora patienter. Vid tveksamhet ring MR-sektionen.
MR-avd och Rtg 2: Max vikt: 150 kg, Max bredd: 60 cm
Neuro-Rtg: Max vikt 200 kg, Max bredd: 70 cm

- **Se till att patienten är fri från metallföremål och har MR-säkra kläder/filtar**
Till exempel inga smycken, inga tryckknappar.

- **Tag bort all utrustning/tillbehör som ej behövs, till exempel:**
Koppla bort "onödiga" infusioner. Fråga ansvarig läkare.
Om pumpen måste vara kvar används "spiralslang" (7m).
Koppla bort sondmaten.
Tag bort befuktare (Fishel & Paykel)

- **Byt till MR-säkra tillbehör**
Byt övertrycksmanschett. Byt till icke armerad svalgtub.
För övriga tillbehör, t.ex. tempkateter och tryckmätare, följ anvisningar på BFC:s MR-säkerhetssidor på intranätet. <http://147.220.30.130/>

- **Se till att det finns personal med som kan använda övervakning och ventilator i MR-miljö.**
Vid akuta undersökningar, gå i förväg till MR-kameran och kontrollera ventilatorn, ställ in värden och sätt den i standbyläge.
Ventilatorslangar skall vara av typen som är utdragbara (förlängs).
Inför transporten, kontrollera att det finns minst 150 bar luft och syrgas i tuberna och tag med extra EKG-plattor att använda på väg tillbaka.
OBS: Tuber eller annan egen utrustning får inte tas in i MR-rummet.

- **Personal som ska med på MR-undersökning skall vara MR-säker**
Alla lösa metallföremål, t.ex. pennor, namnbrickor, nycklar, hårklämmor tas av. Fickor töms på allt som kan innehålla metall. Klockor tas av.
Medföljande personal skall ha genomgått utbildning i MR-säkerhet och i samband med detta fyllt i frågeformulär om implantat mm.

Namnteckning..... Datum

Ansvarig läkare/sjuksköterska, NIVA