

CHECKLISTA

inför magnetkameraundersökning, THIVA

Pat namn:.....Personnummer:.....

- **Tag med ifyllt frågeformulär**
Uppgifterna på frågeformuläret måste vara helt aktuella.
Ring MR-avdelningen om någon fråga besvaras med **JA**.
- **Bedöm patientens vikt och mått**
Utrymmet i magnetkamerans tunnel är begränsat varför det kan bli problem med stora patienter. Vid tveksamhet ring MR-avdelningen.
MR1 kulvert, och Rtg 2: Max vikt:150 kg, Max bredd: 60 cm
Neuro-Rtg, MR2 kulvert Max vikt 200 kg, Max bredd: 70 cm
Akut-Rtg: Max vikt 200 kg, Max bredd: 70 cm
- **Externa pacemaker-elektroder skall tas bort.**
- **Tempkateter kan sitta kvar vid MR Hjärna. Tas annars bort.**
- **Agraffer ok, meddela MR.**
- **Artärset kan användas vb. Ca 3m slang behövs. Använd övertrycksmanschett av plast.**
- **Förbered extra uppsättning sprutpumpar med Trippellumenspiralslang (finns i förrådet) med ev trevägskoppling för bolusinjektion.**
- **Patient skall ha långärmad skjorta (utan metallknappar) som skydd mot värmegenerande sladdar**
- **Byt ut ventilatorslangarna. Skall vara av typen som är utdragbara med in- och utandningsslang.**
- **Ta med extra EKG-plattor att använda på väg tillbaka.**
- **Plastpeanger finns att ta med från THIVAs förråd, hänger bredvid transportövervakningen.**
- **Personal som ska med på MR-undersökning (även avlösande) skall vara MR-säker**
Alla lösa metallföremål, t.ex. pennor, namnbrickor, nycklar, hårklämmor tas av. Fickor töms på allt som kan innehålla metall.
Klockor tas av. Fyll i formulär för "medföljande" om du måste vistas i MR-rummet

Ansvarig läk/ssk/datum:

Namn-teckning:.....