



Vårdhygien Skåne

Giltig från och med 2025-12-11

Godkänd av Medicinskt sakkunnig

Version 2.0

Patientnära utrustning vid införande av SDV - vårdhygieniska riktlinjer

Vårdarbete med patientnära utrustning och dokumentation blir allt vanligare. Det innebär en stor vårdhygienisk utmaning vilket kräver goda grundläggande vårdhygieniska rutiner i kombination med noggrann rengöring av utrustning. Detta är nödvändigt för att förhindra smittspridning och gäller oberoende av vårdgivare och vårdform oavsett kännedom om smitta eller inte.

Mobila vagnar såsom stick-, läkemedel- och dokumentationsvagnar ska ha ytskikt som är släta och icke-porösa material för att underlätta rengöring och desinfektion. Det gäller även tillhörande utrustning som kan vara:

- Utrustning för vitala parametrar
- Mobila enheter inklusive skal, scanners, och tillhörande kablar
- Datorer, manöverpaneler, skärmar inklusive touchskärmar, tangentbord, kablar, mus och etikettskrivare

Allt flergångsmaterial ska tåla desinfektionsmedel som är upphandlat av Region Skåne. Torkduk och ytdesinfektionsmedel alternativt desinfektionswipes ska finnas lättillgängligt. Handdesinfektionsmedel ska finnas på vagnarna.

Utmaningen är att bryta smittvägar mellan utrustning, händer och patienter. Tänk därför på att:

- handdesinfektion ska utföras före och efter patientnära arbete samt kontakt med utrustning oavsett om handskar har använts eller ej.
- ytdesinfektion av MT/IT -utrustningen ska utföras om denna har kommit i direktkontakt med patient/patientmiljön, hanterats med odesinfekterade händer eller med handskar.
- ytdesinfektion av MT/IT -utrustningen kan även behöva utföras utan att den varit i direktkontakt med patient, om den kan ha kontaminerats med droppar/stänk till exempel vid vård av patienter med kräkningar.

Rumsbunden patientnära utrustning som blodtrycksmanschett, termometer och liknande är att föredra till patienter som isoleringsvårdas.