



Koncernkontoret

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning

DATUM: 2024-11-19

Riktlinje avseende medicinskteknisk och medicinsk utrustning för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne

Barnmorskemottagningen ska ha utrustning för uppdraget och ansvarar för att utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt föreskrift från Socialstyrelsens om medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1).

Barnmorskemottagningen ansvarar för att:

- Det finns rutiner för säker användning och hantering av medicintekniska produkter (MTP).
- Alla som ska använda en viss produkt känner till produktens funktion, riskerna vid användningen och vilka åtgärder som ska vidtas vid en eventuell olycka.
- Utbildning och information om medicintekniska produkter uppdateras och repeteras regelbundet.
- Information från tillverkare och myndigheter om MTP finns tillgänglig för berörd personal.
- MTP finns registrerad i ett inventariesystem för medicintekniska produkter, där dokumentation av erforderlig fortlöpande service och förebyggande underhåll sker.
- Avvikelser med MTP dokumenteras och rapporteras enligt gällande regelverk.
- Det finns relevanta MTP utifrån de förtecknade patienternas behov.
- Följsamhet till avtal för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne och riktlinje avseende medicinskteknisk och medicinsk utrustning, se Förfrågningsunderlag och Avtal för Barnmorskemottagning i Hälsoval Skåne 2025.

Barnmorskemottagningen ska ha följande utrustning:

- Standardiserad blodtrycksmätare i olika storlekar
- Utrustning för gynekologisk undersökning inkl. gynekologisk undersökningsstol, anpassad lampa, spekulum, depressor, självhållande spekulum i olika storlekar
- Utrustning för graviditetsövervakning inkl. Doptone/tratt, våg, längdmätare, måttband, graviditetssnurra och brits
- Utrustning för gynekologiskt cellprov, cytobrush och provbruk för vätskebaserat cellprov
- Utrustnings för insättning och uttagande av IUD och p-stav
- Utrustning för provtagning inklusive patientnära analyser utifrån riktlinjer: analysapparat för urinprov, blodvärde och blodsocker
- Provtagningsset för STI och viruspåvisning
- Utrustning för undersökning enligt uppdragsbeskrivning för lättgynekologi: natriumklorid, kaliumhydroxid, provtagning för svampodling och ph-sticka
- Diskdesinfektor – vid avsteg såsom eget önskemål om engångsutrustning och avtal med sterilcentral, kontakta Vårdhygien för rådgivning
- Kylskåp för förvaring av vaccin samt Rh- profylax (kylskåp kan delas med VC, BVC vid samlokalisering)
- Utrustning för akutbehandling enligt riktlinjer

Barnmorskemottagningen bör ha tillgång till följande utrustning inom egen verksamhet eller i samverkan med annan enhet på primärvårdsnivå (ex VC, BVC).

- Halvautomatisk defibrillator

Namn på enheten:

Datum	Underskrift verksamhetschef	Namnförtydligande verksamhetschef
-------	-----------------------------	-----------------------------------