

# Koncernkontoret

## Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning

DATUM: 2023-12-15

### Riktlinje avseende medicinskteknisk och medicinsk utrustning för Vårdcentraler i Hälsoval Skåne

Vårdcentralen ska ha utrustning för uppdraget och ansvarar för att utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt föreskrift från Socialstyrelsens om medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1).

Nytt för 2024 är:

- Blåsscanner inklusive kateteriseringsset ändrad nivå.

Vårdcentralen ansvarar för att:

- Det finns rutiner för säker användning och hantering av medicintekniska produkter (MTP).
- Alla som ska använda en viss produkt känner till produktens funktion, riskerna vid användningen och vilka åtgärder som ska vidtas vid en eventuell olycka.
- Utbildning och information om medicintekniska produkter uppdateras och repeteras regelbundet.
- Information från tillverkare och myndigheter om MTP finns tillgänglig för berörd personal.
- MTP finns registrerad i ett inventariesystem för medicintekniska produkter, där dokumentation av erforderlig fortlöpande service och förebyggande underhåll sker.
- Avvikelse med MTP dokumenteras och rapporteras enligt gällande regelverk.
- Det finns relevanta MTP utifrån de förtecknade patienternas behov.
- Följsamhet till avtal för Vårdcentral i Hälsoval Skåne och riktlinje avseende medicinskteknisk och medicinsk utrustning, se Förfrågningsunderlag och Avtal för Vårdcentraler i Hälsoval Skåne 2024.

Vårdcentralen ska ha följande utrustning:

- EKG (inklusive uppkoppling till RS-EKG)

- Standardiserad blodtrycksmätare
- Dopplerinstrument för ankelindex
- Utrustning för ”den lilla kirurgin”
- PEF- mätare och FEV1/FEV6-mätare
- Saturationsmätare
- Blåsscanner inklusive kateteriseringsset
- Utrustning för rekto- och proktoskop
- Utrustning för gynekologisk undersökning inklusive gynekologisk undersökningsstol, anpassad lampa, spekulum, provtagnings set för STI och mikroskop för bedömning av wet-smear.
- Utrustning för ögonundersökning inklusive oftalmoskop, syntavla och främmande kropp-instrument
- Utrustning för öronundersökning inklusive öronmikroskop, öronsug, hörselgångstamponad, instrument för omhändertagande av främmande kropp, vaxpropp och näsblödning
- Utrustning för akutbehandling enligt riktlinjer inkl. halvautomatisk defibrillator
- Utrustning för provtagning inkl. patientnära analyser utifrån riktlinjer
- Sittvåg
- Hembesöksväska med lämplig utrustning.

Vårdcentralen ska ha tillgång till följande utrustning inom egen verksamhet eller i samverkan med annan enhet på primärvårdsnivå:

- Spirometri
- Hörselundersökning med audiogram
- Utrustning för 24 timmars blodtrycksmätning
- Lift
- Bred behandlingsbreds, minst 80 cm.

Vårdcentralen bör ha tillgång till följande utrustning:

- Ögonmikroskop och spallampa
- Tympanometer
- Dermatoskop.

Vårdcentralen ska för del av uppdrag, såsom kväll och helg uppdrag, filial eller resursenhet inkluderande fysiska läkarbesök ha följande utrustning:

- EKG (inkl. uppkoppling till RS-EKG)
- Standardiserad blodtrycksmätare

- Utrustning för ”den lilla kirurgin”
- PEF- mätare
- Saturationsmätare
- Utrustning för gynekologisk undersökning
- Utrustning för ögonundersökning inkl. oftalmoskop, syntavla och främmande kropp- instrument
- Utrustning för öronundersökning inkl. öronmikroskop, öronsug, hörselgångstamponad, instrument för omhändertagande av främmande kropp, vaxpropp och näsblödning
- Utrustning för akutbehandling enligt riktlinjer inkl. halvautomatisk defibrillator
- Utrustning för provtagning inkl. patientnära analyser utifrån riktlinjer
- Hembesöksväska med lämplig utrustning.