

Ett PNA-instrument för RNA-påvisning av SARS-CoV-2 kommer att testas i Skåne

PNA-instrument för påvisning av SARS-CoV-2 (covid-19) kommer att placeras ut på akutmottagningarna i Skåne, med syfte att snabba upp svarstiderna och handläggningen av patienterna. Ett pilotprojekt kommer att startas i Lund, planering pågår även för Kristianstad och Helsingborg.



VitaPCR[™]
CE IVD
Real Time PCR
SARS-CoV-2 Assay

Provtagning och analys sker på akutmottagningarna och svar erhålles efter endast 20 minuter. Dessa prover behöver således **inte** skickas för analys på Simplexa eller till Klinisk mikrobiologi.

Det finns två nya analyser upplagda i Melior på den röda, regiongemensamma labfliken "Avd Region":

Avd Cov-19 pcr (PNA)

PERS Cov-19 pcr(PNA)

Resultaten matas in manuellt i Meliors lablista, och resultatalternativen som man lägger in är samma som för Covid-19 Snabb-Ag, det vill säga Positivt, Negativt och Ej bedömbart. Ett positivt resultat genererar automatiskt en laboratorieanmälan till Sminet. En klinisk anmälan behöver dock göras också.

PNA-instrumentet är inte än anpassat för uppkoppling. Analyserna ligger därför upplagda på samma ställe som antigen testerna (Avd Regio).

Viktigt att ni väljer rätt analys när ni registrerar resultaten!

Datum
Tid
Avd Cov-19 Snabb Ag
PERS Cov-19 Snabb Ag
Avd Cov-19 pcr (PNA)
PERS Cov-19 pcr(PNA)

Mer information följer inom kort. Anvisningar mm kommer att läggas upp i Analysportalen samt på Laboratoriemedicin/PNA.

[Länk till manual för att föra in analysresultat på labfliken "Avd Regional"](#)

[Länk till mer information om antigen test för påvisande av SARS-CoV-2](#)